



**Ablauf der Mängel- und Notfallmeldung für die Westfälische Hochschule am Standort  
Gelsenkirchen**



Die Bediensteten der Hochschule sind aufgefordert im Rahmen der Prävention und zur Verhütung von Arbeitsunfällen bzw. Berufskrankheiten oder arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren Mängel zu melden. Vorschläge, Ideen zur Verbesserung des Arbeitsschutzes sind ebenfalls erwünscht. Schutzeinrichtungen dürfen nicht ohne schriftliche Einverständniserklärung des Verantwortlichen verändert werden. Nach jeder technischen bzw. baulichen Änderung ist der Zustand der Einrichtung zu kontrollieren.

**Labore bzw. Betreiberverantwortung**



Sämtliche Mängel sind dem verantwortlichen Laborleiter oder der verantwortlichen Laborleiterin anzuzeigen. Die Weiterleitung an das Dezernat für Gebäudemanagement und Sicherheitstechnik erfolgt durch den Laborleiter oder Laborleiterin.

Telefon: 0209 / 9596-440 Frau Clauss Dezernatsleiterin  
0209 / 9596-430 Herr Geuting Vertreter  
Email : [martina.clauss@w-hs.de](mailto:martina.clauss@w-hs.de)  
[andreas.geuting@w-hs.de](mailto:andreas.geuting@w-hs.de)

**Allgemeine Flächen / Außenanlagen**

Mängel an baulichen und haustechnischen Anlagen sind dem Dezernat Gebäudemanagement und Sicherheitstechnik zu melden.



Telefon: 0209 / 9596-440 Frau Clauss Dezernatsleiterin  
0209 / 9596-430 Herr Geuting Vertreter  
Email : [martina.clauss@w-hs.de](mailto:martina.clauss@w-hs.de)  
[andreas.geuting@w-hs.de](mailto:andreas.geuting@w-hs.de)



### **Prüfpflichtige Anlagen**

Mängel (fehlende UVV Prüfungen, Beschädigungen, Fehlfunktionen etc.) von prüfpflichtigen Betriebsmitteln, Maschinen und Anlagen (Tore, Türen, Feststellanlagen, Krane, Flurförderfahrzeuge, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln etc.) sind zu melden.  
Auch fehlende Wartungen und allgemeine Instandhaltung.

Mängel sind dem Dezernat Gebäudemanagement und Sicherheitstechnik zu melden.



Telefon: 0209 / 9596-440 Frau Clauss Dezernatsleiterin  
0209 / 9596-430 Herr Geuting Vertreter  
Email : [martina.clauss@w-hs.de](mailto:martina.clauss@w-hs.de)  
[andreas.geuting@w-hs.de](mailto:andreas.geuting@w-hs.de)

### **Gefahrenquellen, Beinaheunfälle ( Stolperstellen etc.)**

Meldung bei dem oder der verantwortlichen Sicherheitsbeauftragten und dem Dezernat für Gebäudemanagement und Sicherheitstechnik.



Telefon: 0209 / 9596-440 Frau Clauss Dezernatsleiterin  
0209 / 9596-430 Herr Geuting Vertreter  
Email : [martina.clauss@w-hs.de](mailto:martina.clauss@w-hs.de)  
[andreas.geuting@w-hs.de](mailto:andreas.geuting@w-hs.de)

### **Unfallmeldung**



Arbeitsunfälle  
Wegeunfälle

Binnen 3 Tagen Anzeige der Arbeitsunfähigkeit bei dem Dezernat Personal und Organisation

Telefon: 0209 / 9596-471 Herr Spindeler Dezernatsleiter  
0209 / 9596-466 Frau Gürke Vertreterin  
Email: [spindeler@w-hs.de](mailto:spindeler@w-hs.de)  
[susanne.guerke@w-hs.de](mailto:susanne.guerke@w-hs.de)

### **Bei einem Unfallereignis**



Telefonische Meldung durch den Hausnotruf in den Pforten: **Tel.: 0209/9596-333 oder 0209/9596-105**



**Feuer, Unfall, Notfall**



**Tel.:0-112**

Siehe ausgehängte Alarm- und Notfallpläne



**Rettungswege**



Mängel sind dem Dezernat Gebäudemanagement und Sicherheitstechnik zu melden.

Telefon: 0209 / 9596-440 Frau Clauss Dezernatsleiterin

0209 / 9596-430 Herr Geuting Vertreter

Email : [martina.clauss@w-hs.de](mailto:martina.clauss@w-hs.de)

[andreas.geuting@w-hs.de](mailto:andreas.geuting@w-hs.de)

**Mängel im Verantwortungsbereich von Beauftragten**

Beauftragte für Biologische Sicherheit

Brandschutzbeauftragte

Strahlenschutzbeauftragte

Laserschutzbeauftragte

Gefahrgutbeauftragte

Betriebsbeauftragte für Abfall

Sicherheitsbeauftragte

Mängel sind der oder dem zuständigen Beauftragten schriftlich anzuzeigen. Erhebliche Mängel sind unverzüglich an den Präsidenten weiterzuleiten.

Telefonische Meldung an die zuständige oder den zuständigen Beauftragten über den Hausnotruf in den Pforten



Tel.: 0209-9596-333 oder 0209-9596-105